

Magnescale®

公差判定ユニット / Digital Tolerance Indicator

MF10-P1 / MF10-P2

訂正文 / Correction

MF10 の取扱説明書と併せてお読みください。

4-2 定格 / 仕様 (下段の表)

入力時間

<誤> ON : 2 ms 以上 OFF : 20 ms 以上

<正> ON : 9 ms 以上 OFF : 9 ms 以上

5 詳細設定編 (10. 外部入力 の表)

1 点設定 / プラスマイナス公差設定

<誤> ON : 3 秒以上

<正> ON : 9 ms 以上

Please read this manual together with the MF10 instruction manual.

4-2 Ratings and Specifications (Bottom chart)

Input time

<Incorrect> ON : 2 ms min. OFF : 20 ms min.

<Correct> ON : 9 ms min. OFF : 9 ms min.

5 Detailed Settings (10. External input Right chart)

<Incorrect> ON : 3 sec min.

<Correct> ON : 9 ms min.